



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА
МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ (за партију бр.3)
Број јавне набавке 492K/2016**

Наручилац уговор о јавној набавци додељује на следећи начин:

Понуђачу „MEDIAL GROUP” д.о.о. Београд, за партију бр. 3 – ЕМНГ АПАРАТ, у укупном износу од 1.949.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.338.800,00 динара са ПДВ-ом.

Редни број партије	НАЗИВ ДОБРА	Количина (комед)	ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-а)	
			MEDIAL GROUP д.о.о. Београд, 1511/2016 од 15.11.2016.	
			Јед.цена динара без пдв-а	Вредност без пдв-а
3	ЕМНГ АПАРАТ	1	1.949.000,00	1.949.000,00
Укупна вредност без ПДВ-а за Партију бр.3:				1.949.000,00
ПДВ:				389.800,00
Укупна вредност са ПДВ-ом за Партију бр.3:				2.338.800,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 20.10.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 15124, у отвореном поступку ЈН бр. 492K/2016, за набавку добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ознака из општег речника набавке – 33100000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 112, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији conto – 5125.

Јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија:

У предметном поступку јавне набавке поднет је захтев за заштиту права на конкурсну документацију за партију број 1 – Операциони сто за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, и партију бр. 2 - Операциони сто за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ, док је у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведено да наручилац задржава даље активности у поступку за наведене партије и да ће се отварање понуда извршити само за преостале партије.

Процењена вредност јавне набавке за преостале партије, као у табели која следи:

Редни број партије	ДОБРА	Процењена вредност партије (динара без обрачуног ПДВ-а)
3	ЕМНГ АПАРАТ	2.050.000,00
4	ВИДЕО ЛАРИНГОСКОП	1.390.000,00
5	ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР	180.000,00

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 13.475.000,00 динара без обрачуног ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 28.11.2016. године.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке учешће је узело 6 (шест) понуђача, и то: „DENTA BP PHARM” д.о.о. Београд, „ACOMA” д.о.о. Београд, „PTM” д.о.о. Шабац, „SUPERLAB” д.о.о. Београд, „TPS TECHNOMED” д.о.о. Београд и „MEDIAL GROUP” д.о.о. Београд.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

-Понуда понуђача „PTM” д.о.о. Шабац, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН одбија се као неприхватљива будући да је понуђач у оквиру своје понуде, доставио само делимично попуњен, потписан и

печатом оверен Прилог број 3 конкурсне документације (попуњен део који се односи на податке о понуђачу, сви остали подаци у Прилогу бр. 3 нису унети), и фотокопију каталога произвођача Schaefer Medical AG. Како из достављене документације наручилац није могао да утврди стварну садржину понуде, то се из разлога који су прецизирани чланом 106. ЗЈН иста понуда не може сматрати прихватљивом, у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

-Понуда понуђача **"TPS TECHNOMED" д.о.о. Београд**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партију бр. 3 - ЕМНГ АПАРАТ, из разлога што понуђена цена прелази процењену вредност наручиоца за наведену партију.

Понуђена цена за партију бр. 3 износи: 2.383.700,00 динара без ПДВ-а (процењена вредност наручиоца за ову партију је 2.050.000,00 без ПДВ-а).

-Понуда понуђача **"АСОМА" д.о.о. Београд**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партију бр. 4 – ВИДЕО ЛАРИНГОСКОП, из разлога што понуђач није доказао испуњеност додатног услова за учешће у поступку, и то услова кадровског капацитета, предвиђеног конкурсном документацијом.

Конкурсном документацијом, на страни 19/70, у делу „Додатни услови за учешће у поступку (члан 76. Закона)“, тачком 6. - Услов кадровског капацитета, између осталог, захтевано је да понуђач има најмање два сервисера запослена на неодређено време, који су сертификовани и обучени за сервисирање предметне опреме код произвођача исте, те да је као доказ за испуњеност напред поменутог услова понуђач, између осталих доказа, дужан да достави фотокопију сертификата за напред поменуте раднике.

Понуђач је у оквиру своје понуде доставио Потврду, издату на свом меморандуму, у којој је навео да има два лица запослена на неодређено време (Жељко Поповић и Смиљана Поповић) али је доставио само сертификат за једног запосленог – Поповић Жељка.

Како понуђач није доказао испуњеност додатног услова кадровског капацитета, јер није доставио сертификате за два обучена сервисера већ само за једног, то се његова понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

Понуђена цена за партију бр. 4 износи: 1.387.400,00 динара без ПДВ-а.

-Понуда понуђача **"DENTA VP PHARM" д.о.о. Београд**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партију бр. 5 – ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР, из разлога што понуђач није доказао испуњеност обавезног услова за учешће у поступку, дефинисаног конкурсном документацијом.

Конкурсном документацијом, на страни 59/70, у Прилогу бр. 7, за партију бр. 5, у делу „Остали обавезни услови“, у тачки 2. предвиђено је да понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему (модел не старији од 5 година) која је произведена у 2015. или 2016. години те да се испуњеност овог услова доказује уписивањем серијског броја или лота и оригиналом изјаве произвођача да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у 2015 или 2016 години.

Како овај понуђач у својој понуди није доставио Оригинал изјаве произвођача, да модел понуђене опреме није старији од 5 година и да је исти произведен у 2015 или 2016 години, како је изричито захтевано конкурсном документацијом, то се његова понуда не може сматрати прихватљивом у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН.

Понуђена цена за партију бр. 5 износи: 178.000,00 динара без ПДВ-а.

-Понуда понуђача **"SUPERLAB" д.о.о. Београд**, одбија се као неприхватљива за партију број 5 - ПУЛСНИ ОКСИМЕТАР, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да техничке карактеристике понуђеног добра не одговарају техничким карактеристикама које су захтеване конкурсном документацијом.

Наиме, конкурсном документацијом су, на страни 58/70, у Прилогу бр. 7, за партију бр. 5, прецизно наведене захтеване техничке карактеристике:

-У захтеваној карактеристици под тачком бр. 4 прецизирано је: „Распон мерења: - за SpO2: од 1% до 100%; за фреквенцију пулса: од 20 до 250 откуцаја у минути (bpm); за амплитуде пулса: од 0,03% до 20%“.

У достављеном каталогу произвођача којим се доказују захтеване карактеристике наведено је да је: Распон мерења: - за SpO2: од 70% до 100%; за фреквенцију пулса: од 30 до 300 откуцаја у минути (bpm) док захтевана карактеристика - распон мерења за амплитуде пулса, у понуди није доказана.

-У захтеваној карактеристици под тачком бр. 5 прецизирано је: „Прецизност: - Сатурација(SpO2): +/- 1 SD; Фреквенција пулса: +/- 3 откуцаја у минути“.

У достављеном каталогу произвођача којим се доказују захтеване карактеристике наведено је да је: Прецизност: -Сатурација(SpO2): +/- 2 SD док захтевана карактеристика - Фреквенција пулса: +/- 3 откуцаја у минути, у понуди, није доказана.

-У захтеваној карактеристици под тачком бр. 6 прецизирано је: „Приказивање параметара на екрану: вредност SpO2; фреквенција пулса; амплитуде пулса и плетизмографска крива“.

У достављеном каталогу произвођача захтевана карактеристика - Приказивање фреквенција пулса на екрану, није доказана.

Понуђена цена за партију бр. 5 износи: 75.712,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац је извршио оцену пристиглих понуда у складу са унапред утврђеним условима у конкурсној документацији и применом критеријумима донео одлуку на начин исказан у диспозитиву ове одлуке.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права, у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**В.Д. ДИРЕКТОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ**

Доц.др Милика Ашанин

