



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 458

Датум: 23.03.2017.

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **Медицинска пластика број 114А/2017**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.03.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У техничким карактеристикама за партију бр. 45. Трокоморни систем за подводну дренажу наведено је да „систем треба да има сабирну комору са два одељка запремине од по 1150 ml (+/- 150ml) сваки“ а истовремено се тражи и „укупна запремина најмање 2200 ml“. Имајући у виду да тражени опсег са наведеним дозвољеним одступањем (+/- 150 ml) за сабирну комору са два одељка износи од 2000ml до 2600ml, молимо Вас да укупну запремину боце прилагодите наведеним дозвољеним одступањем за сабирну комору тј. „укупна запремина боце најмање 2000 ml“.
2. У техничким карактеристикама за партију бр. 45. Трокоморни систем за подводну дренажу тражена је боца са „доводним цревом, заштићеним од пресавијања“, да ли је за наручиоца прихватљиво да је црево читавом дужином отпорно на пресавијање?
3. У техничким карактеристикама за партију бр. 45. Трокоморни систем за подводну дренажу тражена је боца са „додатним доводним цревом које се прикључује на посебан порт у случају дренаже из два дрена“. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди боца са интегрисаним доводним цревом у случају дренаже из два дрена?
4. У техничким карактеристикама за партију бр. 45. Трокоморни систем за подводну дренажу тражено је да одељци за сабирну дренажу буду „оба градуисана на 1ml у првих 100ml, на 5ml од 100-250ml и на 10ml од 250ml до испуњености одељка“, да ли је за наручиоца прихватљиво да оба одељка буду градуисана на 10 ml до испуњености одељка, с обзиром да градуација на 1ml није прецизна и значајна за дренажу адултних пацијената? Градуацијом на 10 ml постиже се сва неопходна прецизност коју дренажна боца треба да пружи у противном, оваква боца би се претворила у мерни инструмент, што она свакако није.

ОДГОВОРИ:

За питања 1, 2, 3 и 4:

Наручилац није у могућности да прихвати било какве измене у односу на спецификацију из конкурсне документације, с обзиром да је исту сачинио на основу потреба крајњих корисника.

Комисија за јавну набавку
