



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 284

Датум: 23.02.2017.

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене број 80А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.02.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија 54: Да ли наручилац прихвата да дужина артеријског катетера уместо 5 и 8 цм буде 6 и 8 цм?

ОДГОВОР:

1. За партију 54 наручилац ће прихватити да дужина артеријског катетера буде 5 или 6 цм и 8 цм. Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
