



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 286

Датум: 23.02.2017.

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене број 80А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.02.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Љубазно Вас молим, да нам потврдите да ће те за партију 33- Игле за лумбалну пункцију (спиналне) 18-26, прихватити понуду за спиналне игле за димензије још у ширем спектру од тражених, обзиром да за неке димензије можемо да понудимо за 1G тање игле. Молимо да потврдите да ће те за партију 33 прихватити И понуду спиналних игала у опсегу 19G, 22G, 24G, 25G, 26G, 27G.
2. Љубазно Вас молим, да нам потврдите да ће те за партију 75- Сет за епидуралну анестезију, прихватити понуду еквивалента, одговарајући катетер са четири латералних отвора, који по техничкој спецификацији произвођача одговара катетеру са шест отвора због специфичне позиције рупа, као и конектор катетера са TwistLock адаптером који је еквивалет траженом конектор катетера са "клик механизмом".

ОДГОВОРИ:

1. За партију 33, наручилац може прихватити понуду само уколико поред тражених димензија игала (18, 20, 22, 25 и 26G) постоје још неке димензије. Уколико у понуди не постоје игле димензије 18 и 20 G, које наручилац највише користи, понуда не може бити прихватљива.
2. За партију 75, потребно је да епидурални катетер има шест латералних отвора како би се извршила боља дисперзија анестетика.

Комисија за јавну набавку
