



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 21.10.2015.

БРОЈ: 1768

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349К/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање бр.1.

Захтев 1.5.: „Могућност програмирања следећих параметара С-лука: ротација С-лука, угао С-лука, SID, висина пацијент стола, видно поље”

Овај захтев није могуће испунити, како смо и раније у нашем захтеву од 3.10.2015. године већ напоменули.

Претпостављамо да се ради о штампарској грешци и зато предлажемо да се овај параметар дефинише на начин како је био описан у првобитној измени конкурсне документације од 14.10.2015.г., а то је:

„Могућност програмирања позиција С-лука, које се могу архивирати контролним панелом поред стола и могућност извођења контролисаних радњи којим се врши постављање, односно подешавање параметара С-лука”.

Образложење првобитне измене овог захтева комисија наручиоца је прихватила и зато и првобитно и изменила опис овог захтева. Овом приликом то образложење наводимо у истом облику које је било и поднето од стране подносиоца овог захтева у питањима послатим дана 3.10.2015. године, а које је од стране комисије наручиоца, понављамо било прихваћено. Сматрамо да реч „програмирање” у овом захтеву не одређује довољну прецизност овог захтева и може се на различите начине протумачити. Тако, на пример није прецизно одређено шта се подразумева под „програмирањем ротације С - лука”. Поред овога, параметри који су наведени у овом захтеву као параметри С – лука, као што су „висина стола” и „видно поље” не представљају параметре С - лука.

Претпостављамо да је наручилац приликом дефинисања овог захтева имао у виду могућност програмирања различитих позиција С – лука, и то контролним панелом поред стола. У том смислу, ради боље прецизности, која је неопходна за добијање исправних одговора од стране понуђача на овај захтев, молимо да се прихвати предлог да се овај захтев измени, тако да гласи: „Могућност програмирања позиција С-лука, које се могу архивирати контролним панелом поред стола и могућност извођења контролисаних радњи којим се врши постављање, односно подешавање параметара С-лука.” или уопштеније: „Могућност програмирања позиција С-лука и могућност извођења контролисаних радњи којим се врши постављање, односно подешавање параметара С-лука.”

Питање бр.2.

Захтев 1.7.: „Могућност програмирања секвенце различитих пројекција С-лука повезаних са различитим аквизиционим програмима”

Поново постављамо питање. Да ли се под овим захтевом подразумева или се може прихватити технолошко решење којим се позиционирање С-лука може претходно програмирати на основу различитих спинских трајекторија, тј. секвенци различитих пројекција за срце?

ОДГОВОРИ:

1. Делимично се усваја захев, те ће наручилац извршити измену конкурсне документације у прилогу бр. 7 за партију бр. 1, тачка 1.5. на следећи начин:
„Могућност програмирања позиција С-лука“
2. Наручилац под наведеном минималном техничком карактеристиком подразумева технолошко решење којим се позиционирање С-лука може претходно програмирати на основу различитих спинских трајекторија, тј. секвенци различитих пројекција за срце.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ