



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.10.2015.

БРОЈ: 1790

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање 1.:

Одговором наручиоца од 19.10.2015.г. наручилац није уважио наш предлог да се захтевима из
техничке спецификације за „хемодинамику“, који су:

10.1.	Приказ најмање 3 ЕКГ одвода на монитору, ЕКГ 12-канални, пулсна оксиметрија (SpO2), модул за мерење неинвазивног и два инвазивна притиска компатибилан са ангиосалом
10.2.	Стартер кит са свим неопходним додацима за први преглед: ЕКГ кабл са 10 одвода, најмање 4 IBP сонде са држачима, SpO2 сензор, NIBP манжетне различите величине (M, L, XL)
10.3.	Најмање 2 LCD монитора, један у контролној соби, други у соби за прегледе, дијагонале најмање 19 инча

није у потпуности дефинисао један реалан систем за хемодинамска мерења, те да се на основу њих може понудити **један обичан систем са два монитора за мерење задатих параметара**, а што сигурни смо није намера наручиоца и да због тога ради прецизнијег и јаснијег описа техничких карактеристика система за хемодинамска мерења додају следеће карактеристике:

1. Систем за комплетно хемодинамичка снимања за све врсте прегледа са штампачем, интегрисан са ангиографском салом;
2. CD и/или DVD уређај за архивирање;
3. База података пацијената.

Претпостављамо да је комисија наручиоца, оптерећена услед великог броја постављених питања потенцијалних понуђача пропустила да обрати посебну пажњу на ово веома осетљиво питање, па зато, уз извињење што постављамо исто по други пут молимо одговорите на њега. Да ли се прихвата допуна овог дела техничких карактеристика за „хемодинамику“ тако што ће се прецизније и јасније дефинисати систем за хемодинамска мерења, а што би значило да се у укључе следећи описи и карактеристике:

1. Систем за комплетно хемодинамичка снимања за све врсте прегледа са штампачем, интегрисан са ангиографском салом;
2. CD и/или DVD уређај за архивирање;
3. База података пацијената;

и уколико је могуће, ради удобнијег и ефикаснијег рада изменити захтев 10.3. којим се тражи најмање 2 LCD монитора, и то један да буде у контролној соби, а други у соби за прегледе, дијагонале најмање 19 инча, тако да гласи: "Најмање 3 LCD монитора, два у контролној соби од којих један за приказивање живе слике, а други за приказивање замрзнуте слике и трећи у соби за прегледе, сваки дијагонале најмање 19 инча"?

У супротном, уколико се не усвоји овај захтев, дозволите да приметимо да ће се десити да поједини понуђачи понуде обичан систем монитора и то познатог, а могуће и сасвим непознатог произвођача, који засигурно испуњава задате техничке карактеристике за „Хемодинамику“, а да ће други понуђачи понудити реалан систем за хемодинамска мерења, а који је по цени коштања чак 10

пута скупљи. На тај начин ће се такви понуђачи поставити у један неравноправан положај приликом фазе оцењивања и упоређивања понуда од стране комисије наручиоца. При томе, поставља се и питање како ће комисија наручиоца одредити која од тих понуда је одговарајућа, а која није.

Питање 2.

У случају да понуђач понуди само систем монитора, а не реалан систем за хемодинамска мерења, а да при томе у потпуност испуњава задате карактеристике у техничкој спецификацији које су:

10.1.	Приказ најмање 3 ЕКГ одвода на монитору, ЕКГ 12-канални, пулсна оксиметрија (SpO2), модул за мерење неинвазивног и два инвазивна притиска компатибилан са ангиосалом
10.2.	Стартер кит са свим неопходним додацима за први преглед: ЕКГ кабл са 10 одвода, најмање 4 IBP сонде са држачима, SpO2 сензор, NIBP манжетне различите величине (M, L, XL)
10.3.	Најмање 2 LCD монитора, један у контролној соби, други у соби за прегледе, дијагонале најмање 19 инча

да ли ће се таква понуда прихватити као одговарајућа?

Питање 3.

У случају да понуђач понуди само систем монитора, како је наведено у питању 2. да ли је потребно да се за такав систем достави и решење о упису у Регистар медицинских средстава код АЛИМС-а, имајући у виду да такав систем није реалан систем за хемодинамска мерења?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће делимично извршити измену конкурсне документације за тачку 10. у оквиру партије бр. 1 прилога бр. 7 конкурсне документације
2. Таква понуда се неће прихватити као одговарајућа.
3. Да би понуда била прихватљива неопходно је да понуђени систем буде уписан у Регистар медицинских средстава АЛИМС-а.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ