



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.10.2015.

БРОЈ: 1792

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање 1.:

Ви сте у минималним техничким карактеристикама за партију 1 ангиографске сала у тачки 9.1. тражили:

Дијагностичка радна станица за приказ, преглед и постпроцесорску обраду слика, која треба да садржи:

- сопствену базу података,
- капацитет архивирања од најмање 100 000 слика у матрици 10o24 x 1024 x 12 бита,
- два (2) ЛЦД монитора са величином дијагонале екрана од најмање 43 цм.
- QSA и анализа стенозе
- ЦД и/или ДВД уређај за архивирање слика, запис и читање у ДИЦОМ формату
- Могућност преноса слика у другим форматима (ЈПЕГ, АВИ, ПДФ) коришћењем УСБ везе.

У току стручне расправе више пута је поновљено да се неће улазити у конкретна техничко-технолошка решења која имају различити произвођачи. Оваквом формулацијом сте описал независну дијагностичку радну станицу и на тај начин у вели и треће посебно медицинско средство у јавну набавку.

Како бисе поједноставила сама набавка, односно омогућила већа конкуренција јер су наведеном формулацијом из набавке елиминисани поједини понуђачи, молимо Вас да наведен захтев измените тако да гласи:

Дијагностичка радна станица за приказ, преглед и постпроцесорску обраду слика, која треба да садржи:

- један (1) ЛЦД монитор са величином дијагонале екрана од најмање 43,
- QSA и анализа стенозе,
- ЦД и/или ДВД уређај за архивирање слика, запис и читање у ДИЦОМ формату на радној станици или основној конзоли,
- Могућност преноса слика у другим форматима са радне станице или основне конзоле.

Питање број 2:

На страни 18 од 53 конкурсне документације подтачком 6. Између остлог захтева се следеће:

„1) Фотокопија сертификата, радне књижице потврда послодавца да је наведени сервисер у радном односу у ауторизованом сервису, и потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.“

Овим захтевом није задовољен законски захтев да је неопходно да овлашћени сервисер поседује лиценцу за сервис извора јонизујућих зрачења. Такође Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења

и нуклеарну сигурност Србије је приликом подношења захтева за лиценцу за сервис извора јонизујућих зрачења захтевала да се приложи потврда овлашћене установе да су сервисери оспособљени за рад са изворима јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења. Такође, ти сервисери су уписани у Лиценцу за сервис извора јонизујућих зрачења као извршиоци па је у том случају достава потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења бесмислена јер је већ највећи ауторитет у Републици Србији за послове везане за изворе јонизујућих зрачења проверио постојање исправности ове потврде.

Да ли се прихвата измена тачке 6 на страни 18 од 53 конкурсне документације тако да гласи:

Услов:

1) Најмање један запослен, сертификован сервисер, обучен за сервисирање предметне опреме код произвођача исте.

2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме.

Доказ:

1) Фотокопија сертификата, радне књижице, потврда послодавца да је наведени сервисер у радном односу у ауторизованом сервису, и потврда овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.

2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме, представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС.

3) Лиценца за сервис извора јонизујућих зрачења издата овлашћеном сервису.

Напомене:

1) Уколико понуђачу исто време није и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сервиса.

2) Уколико је у лиценци за сервис извора јонизујућих зрачења сервисер уписан као извршиоц, за сервисера нема потребе достављати и потврду овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.

Питање број 3:

Обзиром на комплексност система који се набавља и устаљену праксу, као и локацију овог система на Ургентном центру и неопходност његовог сталног рада без прекида сматрамо да је имати једног сервисера за систем недовољно, немогуће је предвидети и шта ће бити у време годишњих одмора итд. Да ли наручилац прихвата да се захтев под тачком 6 на страни 18 од 53 конкурсне документације измени тако да се захтевају најмање два сервисера под istim условима како је наведено у тачки 6?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за тачку 9. у оквиру партије бр. 1 прилога бр. 7 конкурсне документације
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, те ће поставити обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности.
3. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације који се односе на додатни услов - кадровски капацитет

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ