



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.10.2015.

БРОЈ: 1791

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање 1:

За партију 2. Заштитна опрема од јонизујућег зрачења - ставка 7 - Заштитна завесица испод стола -
Да ли се носач завесице испод пацијент стола (наведена под ред.бр. 7) монтира на пацијент сто на
шину са стране - бочно, која се налази у равни стола?

Питање 2 :

За партију 2. Заштитна опрема од јонизујућег зрачења - ставка 7 - Заштитна завесица испод стола -
Да ли носач завесице треба имати зглобну везу тако да се један део завесице може приближавати
и удаљавати од пацијент стола?_

Питање 3 :

У одговору Наручиоца бр. 1736 на појашњење потенцијалног понуђача наведено је "Понуђач је у
обавези да завесице монтира на пацијент сто уређаја који је предмет партије бр. 1 -

Да ли то значи да набавка ставки из Партије 2. је директно условљена набавком добра из Партије
1. јер ако се на било који начин оспори, обустави или продужи поступак набавке за Партију 1. да ли
ће то утицати на добра из Партије 2.?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за тачку 3. у оквиру партије бр. 2
прилога бр. 7 конкурсне документације.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за тачку 4. у оквиру партије бр. 2
прилога бр. 7 конкурсне документације.
Такође, треба понудити једноделну кецељу која има комплетну заштиту са предње стране и
делимично са задње стране.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ