



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 27.10.2015.

БРОЈ: 1807

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање 1.

Изменама описа карактеристика у захтеву 9.1. које се односе на радну станицу, а не на основну конзолу, наведене су две карактеристике које се односе на основну конзолу, а то су:

-ЦД и/или ДВД уређај за архивирање слика, запис и читање у DICOM формату на радној станици или основној конзоли

- Могућност преноса слика у другим форматима са радне станице или основне конзоле.

Намера наручиоца је да радна станица омогућава независан рад лекара у односу на основну конзолу која је „оптерећена“ самим вођењем прегледа пацијента. Поред тога, део 9, односно 9.1. минималних техничких карактеристика односи само на радну станицу. Зато, молимо да сее из описа ове две карактеристике изузму делови описа који гласе. „ или основној конзоли“. Такође, молимо да се прецизно одреде који су то „други“ формати којима се могу преносити слике.

На основу овога, предлагемо измене ове две карактеристике и да гласе:

- ЦД и/или ДВД уређај за архивирање слика, запис и читање у DICOM формату,
- могућности преноса слика у другим форматима (JPEG, AVI, PDF) коришћењем USB везе"

Дозволите да поновимо да сви понуђачи ангиографских уређаја могу испунити ове две карактеристике, јер су то управо чинили својим понудама у свим досадашњим набавкама ангиографских уређаја.

Питање 2.

Захтевом 10.5. који гласи: «ЦД и/или ДВД, УСБ или мрежно архивирање» сматрамо да понуђач ради његовог испуњења може нудити или ЦД и/или ДВД уређај за архивирање или прикључак за УСБ меморију или прикључак за мрежно архивирање. Молимо да ово потврдите.

Питање 3.

Изменама захтева у делу 10. „Хемодинамика“ није у потпуности дефинисао један реалан систем за хемодинамска мерења. На основу њих може се понудити један обичан систем са два монитора за мерење задатих параметара, а што сигурни смо није намера и потреба наручиоца. Због тога ради прецизнијег и јаснијег описа техничких карактеристика система за хемодинамска мерења предлагемо да се додају следеће карактеристике:

1. Систем за комплетно хемодинамичка снимања за све врсте прегледа, интегрисан са ангиографском салом;
2. CD и/или DVD уређај за архивирање;
3. База података пацијената.

Питања 4-7:

У моделу уговора, одредбом члана 5, параграфом 5.5. захтева се да је у случају немогућности отклањања кvara дуже од 5 радних дана Дoбављач обавезан да постојеће добро замени новим добром истог типа или квалитетнијим.

Такође на стр. 31. конкурсне документације, у делу „Остали услови“ прилога 7. под тачком 3. који се односи на „Гарантни рок и обавезе добављача у његовом важењу“ захтева се то исто: „У случају немогућности отклањања кvara дуже од 5 радних дана, добављач је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим.

У вези овог захтева имамо следећа чeтри питања:

Питање 4.

Опис овог захтева није прецизан. Наиме, поставља се питање да ли се ради о немогућности поправке уређаја у року до пет дана или у року дужем од пет дана.

Питање 5.

Молимо да потврдите да се одредба члана 5 параграфа 5.5. у моделу уговора такође односи на обавезе у време трајања гарантног рока и да у том смислу измените овај део конкурсне документације.

Питање 6.

Молимо наручиоца да изврши измену овог захтева имајући у виду да опрема која је предмет ове набавке је веома сложена и осетљива медицинска опрема. У том смислу, иако би сепонуђач - добављач свим својим напорима старао да се поправка изврши у што краћем року и у складу са условима из конкурсне документације, сматрамо да услов којим се захтева да сепонуђени уређај замени новим, ако се не поправи у захтеваном временском периоду је изузетно тешко испунити. Уз то, он и не би био близу износа могуће вредности штете, а да не говоримо о штети која би настала због значајног губитка времена у раду, имајући у виду време потребно за демонтажу постојећег уређаја и инсталацију новог и наравно времена које је потребно за испоруку. У том смислу, молимо да се овај услов изостави из конкурсне документације, а уколико то није могуће да се измени и да гласи:

„у случају немогућности отклањања кvara у року од 30 радних дана, који су настали искључиво његовом кривицом, Дoбављач је обавезан да замени целокупан модул или склоп или подсистем постојећег уређаја новим модулом, подсистемом или склопом истог типа или квалитетнијим.“

Питање 7.

Уколико се не прихвати предлог који смо поменули у питању 6. молимо вас да нам појасните да ли у случају ако се не поправи постојећи уређај у захтеваном временском периоду, време испоруке и последице за кашњења у испоруци новог уређаја (или подсистема, модула или склопа ако се прихвати наш захтев у питању 6.) биће исти као и они који су захтевани и у конкурсној документацији?

Питање 8.

Молимо да се продужи рок за достављање понуда.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је дефинисао захтеве тако да не буде ограничења конкуренције и наметања појединачног решења. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
6. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
7. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
8. Наручилац ће извршити продужење рока за достављање понуда.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ