



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 27.10.2015.

БРОЈ: 1805

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. На страни 27 од 53 конкурсне документације у моделу уговора, члан 5.5. навели сте:
5.5. У случају немогућности отклањања кvara дуже од 5 радних дана, Добављач је обавезан да постојеће добро замени новим добром истог типа или квалитетнијим.
Имајући у виду чињеницу да је тај рок крајње неуобичајен и да је то урађено са последњом изменом конкурсне документације (у претходним верзијама је захтев био 30 дана) неопходно је вратити претходни захтев. Подсећамо Вас да се у партији 1 тражи комплексна и скупочена опрема коју је немогуће мењати у тако кратком року. Саме сервисне интервенције и у гарантном и вангарантном року су такође комплексне и процедура увоза резервних делова (као и саме опреме) извора јонизујућих зрачења је таква да је практично немогуће обавезати се да ће било који квар који подразумева замену резервних делова бити реализован у року од 5 дана. Знајући да Клинички центар Србије има више од 60 извора јонизујућих зрачења и да је свима и у служби јавних набавки и у техничкој служби јасно какве су процедуре у питању сматрамо да је у питању штампарска грешка.
Молимо Вас да потврдите да је захтев заправо 30 дана.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ