



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 27.10.2015.

БРОЈ: 1806

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА
Број јавне набавке 349K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. У измени конкурсне документације која је објављена 23.10, на страни 32 КД наручилац је у Прилогу 7 у осталим условима под тачком 3) захтевао: У случају немогућности отклањања квара дуже од 5 радних дана, добављач је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим. Уобичајен захтев последњих неколико година у КЦС у свим КД, па и у предметној пре ове измене био је: У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, добављач је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим. Апсолутно је дискриминаторски и технички нелогичан захтев за било ког понуђача да ангио салу заменити новом уколико квар није отклоњен у року од 5 радних дана. Претпостављамо да је у питању штампарска грешка. Молим Вас да конкурсну документацију у овом делу вратите на опис пре измене од 23.10, и који је гласио: У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, добављач је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим. Исту измену извршите и у моделу уговора у члану 5.5.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ