



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 15.9.2017.

БРОЈ: 1200

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести
(Alcon, Bausch&Lomb)
Број јавне набавке 337K/2017**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

Питање :

1. У вези јавне набавке бр. 337K/2017 – Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb), за партије бр. 9, 10, 25, 26 и 31, молимо Вас да дате додатне информације за техничке карактеристике потрошног материјала у смислу типа апарата, дужине кабла, облик и дужина биполарне пинцете.

Одговор :

1. Патрија бр. 9 – Биполарни форцепс 4“, раван форцепс (10 цм /0.4 мм), партија бр. 10 - Биполарни кабл силиконски, дужина кабла 12“ или 3,66m вишекратни биполарни силиконски кабл за апарат CONSTALLATION Visison system произвођача ALCON, партија бр. 25 - Дијатермијски брисач за склералну хемостазу, 31мм осовина, 45 степени закошен врх, прилагођен за стерилизацију, "Lemos" тип адаптера, партије бр. 26 и 31 - Кабл за дијатермијски брисач/пинцету са "Lemo" конектором.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ