



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 27.03.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Тромботест – Axis-Shield
Број јавне набавке: 36A/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Тромботест – Axis-Shield бр. 36A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.03.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да нам појасните како да се попуни понуда за набавку добара у оквиру прилога број 3. конкурсне документације обзиром да за „одговарајуће“ реагенсе као и за сам Тромботест одређене ставке у оквиру партије нису потребне. Да ли ће се признати као исправна понуда уколико понуђачи не испуне све ставке из понуде или бисте прихватили понуду уколико понуђач састави понуду на сопственом меморандуму?

ОДГОВОР:

Наручилац ће прихватити понуде које су попуњене на обрасцима из конкурсне документације, односно, потребно је да се попуни образац број 3 – образац понуде, као и све остале обрасце из конкурсне документације.

Такође, уколико понуђачи нуде тест за чије извођење нису потребне све ставке у оквиру спецификације наручиоца, потребно је да, у оквиру своје понуде, доставе изјаву произвођача понуђених добара, да за извођење теста који је предмет ове јавне набавке нису потребни сви реагенси који се налазе у траженој спецификацији, односно, да се у изјави произвођача наведе који су реагенси неопходни за извођење теста.

Дакле, потребно је да понуђачи понуде ставке које су неопходне за извођење предметног теста.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
