



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 21.02.2017.

БРОЈ: 280

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – Рендген материјал

Број јавне набавке 44А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Конкурсној документацијом за јавну набавку Рендген материјал ЈН бр.44А/2017 у оквиру партије бр. 13, ставка 2. катетер за пацијента XD2030, одређена је дужина катетера 150cm.

Да ли је прихватљиво понудити катетер дужине 150cm ознаке XD2035 и у складу са тим изменити конкурсну документацију?

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документација за партију бр. 13, ставка 2, на следећи начин:
"Kateter za pacijenta XD2030(120cm) ili XD2035(150cm)"

