



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.11.2015.

БРОЈ: 1849

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање 1.: У прилогу бр. 7. на стр. 33 у обрасцу „Б ПОНУДА“ захтева се да се упише
фабрички број. Како по процедури произвођача опреме није могуће имати овај број пре него
што се уређај почне да производи, те самим тим на данашњи дан он и не постоји, да ли се
прихвата да се у понуди понуђача изостави уписивање овог броја?

Питање 2 Да ли се под системом описаним у делу „10. Хемодинамика“ техничких
карактеристика А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА прилога 7. за партију
1.- ангиографска сала захтева реалан систем за хемодинамска мерења односно систем којим
се могу вршити, поред осталих и мерења површина валвула, "Pull Back" притиска
и ASD/VSD мерења површина shunt-ова?

Питање 3. У случају да понуђач, ради испуњења захтева из дела 10. „Хемодинамика“ техничких
карактеристика А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА прилога 7. за партију
1.- ангиографска сала не понуди систем за хемодинамска мерења, којим се могу вршити мерења
површина валвула, "Pull Back" притиска и ASD/VSD мерења површине shunt-ова и понуди
хемодинамски мониторинг уређај који у потпуности испуњава све захтеване техничке
карактеристике задате у делу „10. Хемодинамика“ техничких карактеристика да ли ће се таква
понуда прихватити као одговарајућа?

ОДГОВОРИ:

1. Прихвата се да понуђач изостави уписивање фабричког броја.
2. НЕ - није нам потребан систем за хемодинамику у реалном времену - мерење pull-back притиска јер ће се на овом систему радити ургентни коронарни болесници.
3. НЕ - није нам потребан систем за хемодинамику у реалном времену - мерење pull-back притиска јер се на овом систему радити ургентни коронарни болесници.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ