



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.11.2015.

БРОЈ: 1850

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. На страни 52 од 53 конкурсне документације, под тачком 18. техничко - технолошких
предности захтевано је:

18. Дужина хлађења аноде:

Број пондера се утврђује по формули :	$\frac{\text{најкраћа дужина хлађења аноде}}{\text{понуђена дужина хлађења аноде}} \times 3$
---------------------------------------	--

У циљу једнообразног тумачења овог критеријума молимо вас да потврдите да се понуђена
дужина хлађења аноде у минутама утврђује по формули:

Максимални топлотни капацитет аноде (МНУ)
Максимална дужина хлађења аноде (МНУ/min)

ОДГОВОР:

1. Дужина хлађења аноде утврђује се по формули наведеној у конкурсној документацији под
тачком 18. техничко - технолошких предности.

У складу са захтевима из конкурсне документације, прилог бр. 7 потребно је доставити доказ о
брзини хлађења аноде, односно РТГ цеви.

„Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – каталог
произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног добра, који треба да
садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена
опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из
каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У
приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену
минималну техничку карактеристику. Понуде које садрже само изјаву понуђача или
произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике,
биће одбијена као неприхватљива.

Уколико се у достављеном каталогу произвођача не налазе подаци о свим захтеваним
техничким карактеристикама, понуђач може доставити изјаву произвођача у којој ће бити
наведено да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике. Понуђач је дужан да
у изјави обележи тражене техничке карактеристике“.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ