



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:
Датум: 31.03.2017.

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Затворени системи за узорковање крви број 120А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.03.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је могуће понудити ланцете 21G дубине убода 2,0mm, запремина добијене крви 75-125 µL или ланцете 18G, дубине убода 1,8mm запремина добијене крви 200 µL?

ОДГОВОР:

2. Наручиоцу је потребно да ланцете буду 23G минималне дубине убода 2,2mm, или 21G минималне дубине убода 2,4mm.

Комисија за јавну набавку
