



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.08.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: 288А/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, бр. 288А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 22.07.2015. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Молим Вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 288А/2015 - Потрошни материјала за ангиографију и интервентну радиологију, по следећим питањима:

1. За партију 16 - Наручилац захтева да у сету, између осталог буде Chiba игла 22 G 15 cm. Обзиром да се у сету који ми имамо у понуди налази Chiba игла 21 G 15 cm, да ли је за Наручиоца прихватљиво да уз овај сет доставимо и додатно Chiba иглу захтеваних димензија 22 G 15 cm, односно да за ову партију понудимо два медицинска средства која заједно у потпуности одговарају захтеваној спецификацији?
2. За партију 114 - Као и у партији 16, Наручилац захтева да у сету, између осталог буде Chiba игла 22 G 15 cm. Обзиром да се у сету који ми имамо у понуди налази Chiba игла 21 G 15 cm, да ли је за Наручиоца прихватљиво да уз овај сет доставимо и додатно Chiba иглу захтеваних димензија 22 G 15 cm, односно да за ову партију понудимо два медицинска средства која заједно у потпуности одговарају захтеваној спецификацији?
3. За партију 120 - Да ли је за Наручиоца прихватљива понуда за катетер истих карактеристика, али са 8 бочних рупа?
4. За партију 121 - Да ли је за Наручиоца прихватљива понуда за катетер истих карактеристика, али са 8 бочних рупа?

Молимо Вас да нам у вези наведене јавне набавке одговорите на следећа питања за следеће партије:

5. Партија 17. Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико понудимо дилататоре дијаметра 5, 6, 7 Fr дужине 20 cm?
6. Партија 64. Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико понудимо Аспирациони хидрофилни катетер 6 Fr од 145 cm, са унутрашњим луменом 1,10 mm, са два филтера + 2 микростоп кутије са flush device за Rx лумен?

ОДГОВОРИ:

1. ЗА ПАРТИЈУ 16 – Потребно је да понуђени сет (у оригиналном паковању) садржи Chiba иглу димензија 22 G, дужине 20 cm, како је то и захтевано у конкурсној документацији.
2. ЗА ПАРТИЈУ 144 – Потребно је да понуђени сет (у оригиналном паковању) садржи Chiba иглу димензија 22 G дужине 15 cm.

ОДГОВОР НА ПИТАЊА 3, 4, 5 и 6: ЗА ПАРТИЈЕ 120, 121, 17 и 64 – Наручилац је сачинио спецификацију у складу са својим потребама и са јасно дефинисаним карактеристикама захтеваних добара. У складу са наведеним, наручилац није у могућности да прихвати понуде са напред наведеним карактеристикама, и самим тим не може да изврши измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
