



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 31.12.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Број јавне набавке: 455А/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, бр. 455А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 07.12.2015. године. У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. За партију 10 – Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се достави Nevskularni set који садржи апсолутно све исте компоненте као што је захтевано конкурсном документацијом, (једина разлика је у Chiba игли – у нашем сету се налази Chiba игла 21G), и да уз овај сет понудимо додатно Chiba иглу димензија 22G 20cm, чиме би у потпуности испунили техничке спецификације захтеване конкурсном документацијом? Оваквом спецификацијом бисмо апсолутно одговорили на захтев Наручиоца, а мишљења смо да, на основу члана 71, Закона о јавним набавкама, Наручилац не може да одбije понуду која садржи овакву спецификацију.
2. За партију 42 – Да ли је захтев Наручиоца да žica има посебно прав и посебно J врх, или се тражи "double-ended" žica, која се не производи на траженим димензијама? Уједно, да ли је за Наручиоца прихватљива žica дужине 180cm и 260cm?
3. За партију 22 – Да ли је прихватљиво да се достави понуда за микрокатетер дужине 100-135cm, унутрашњег дијаметра 0,028", проксимално/distално 3F/2,8F? Оваквом спецификацијом бисмо суштински одговорили на захтев Наручиоца, а мишљења смо да, на основу члана 71, Закона о јавним набавкама, Наручилац не може да одбije понуду која садржи овакву спецификацију.
4. За партију 51 – Да ли је за Наручиоца прихватљиво доставити понуду за OTW nitinolски езофагеални стент са системом за пласирање, потпуно обложен полимером и силиконом, димензија 12-22mm на дужинама од 70-120mm? Обзиром да смо овај стент испоручивали претходних година Наручиоцу, да ли је у међувремену дошло до realне потребе за дужином стента од 150mm? Уједно, уколико је ова дужина neophodna, да ли је за Наручиоца прихватљиво да за ову партију доставимо понуду за два OTW nitinolска стента, од којих је један димензија: дијаметар 12-22mm, дужине 70-120mm а други: дијаметар 19-23mm, дужине 70-150mm чиме би се обухватио захтевани домен дијаметара и дужина?
5. За партију 68 - Koliki притисак (koliko atm) треба да може да постигне захтевани indeflator?
6. За партију 43. Да ли је дошло до грешке у кучању, па umesto "movable core" стоји "removable core"?

ОДГОВОРИ:

1. За партију 10 – Наручилац остаје при захтевима који су наведени у конкурсној документацији.
2. За партију 42 – Наручилац остаје при захтевима који су наведени у конкурсној документацији.
3. За партију 22 – Наручилац остаје при захтевима који су наведени у конкурсној документацији.
4. За партију 42 – Наручилац остаје при захтевима који су наведени у конкурсној документацији.
5. За партију 51 – Прихватљиво је.
6. За партију 68 – Захтевани притисак је до 35 atm.
7. За партију 43 – Дошло је до техничке грешке у конкурсној документацији. Треба да стоји „movable core“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ