



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.04.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински потрошни материјал опште намене

Број јавне набавке: 85A/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене, бр. 85A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 26.03.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Молим вас следеће појашњење за партију 49, ставку 1:

Да ли је улаз за Swan Ganz катетер код високопроточног катетера (П. 49/1 Сет за ЦВК високопроточни дволуменски са улазом за плућни артеријски катетер или привремену сонду за електростимулацију срца) један од два лумена који се траже, или је он додатни лумен, тј. трећи?

ОДГОВОР:

1. Сет за ЦВК високопроточни дволуменски са улазом за плућни артеријски катетер или привремену сонду за електростимулацију срца - има два лумена за администрацију лекова (течности) и **трећи лумен** за Swan Ganz катетер или привремену сонду за електростимулацију срца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
