



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински потрошни материјал опште намене

Број јавне набавке: 82А/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене, бр. 82А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.03.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. За партију 30 тражите топломер хумани без живе, а за партију 72 индивидуални клинички топломер за виšekратну употребу. Која је намена првог (партија 30), а која другог топломера (партија 72), односно да ли се ради о истом топломеру са истом наменом?
2. Молимо комисију да нам појасни да ли се у партији бр. 30 траже баждарени топломери, са жигом?

ОДГОВОРИ:

1. За разлику од топломера из партије 30 који јесу виšekратни, али се користе за мерење температуре више пацијената, топломери из партије 72 су за индивидуалну употребу по принципу 1 пацијент, 1 топломер. Употреба оваквих медицинских средстава смањује ризик од настанка интрахоспиталних инфекција.
2. Наручилац истиче да се за партију 30 траже дигитални топломери без живе који се користе за мерење телесне температуре више пацијената, а с обзиром да је баждање гаранција за тачност мерења на било ком од инструмената, неопходно је да буду баждарени.