



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.05.2016.

БРОЈ: 642

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ
Број јавне набавке 168K/2016**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање бр. 1 :

1.3 Електро подешавање висине кревета без душека 395 – 760 mm.

Да ли је могуће понудити транспортни кревет који има подешавање висине 400-800 mm ?

Питање бр. 2 :

1.10 Пластичне дводелне бочне заштитне ограде, целом дужином, израђене од ливеног полипропилена, са системом меканог, једностепеног спуштања и држачима кесе за урин.

Да ли је могуће понудити исте такве странице израђене од АБС пластике ?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.
2. Да, за наручиоца је прихватљиво да странице кревета буду израђене и од АБС пластике.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ