



**КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА7

ДАТУМ: 16.06.2016.

БРОЈ: 904

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Медицинска и лабораторијска опрема (дигестор, лабораторијски
замрзивач, колица за терапију и остало)**

Број јавне набавке 216K/2016

По позивузаподношењепонуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

Питање бр. 1 :

Да ли је прихватљиво да мотор вентилатора за сигурносни орман има следеће стандарде:
SRPS EN 60079-0 те да је утврђена екс заштита Exs IIB T4?

Питање бр. 2 :

Да ли је прихватљиво да се сертификат SRPS EN 60079-0 те (Exs IIB T4) изда након испоруке тј
увоза истог?

Питање бр. 3 :

Да ли је прихватљиво да се сертификат SRPS EN 14470-1 за сигурносни орман изда након
испоруке тј увоза истог?

Питање бр. 4 :

Кадица са чесмом треба да је смештено у десном углу, следећих димензија: ширина 24-26 цм,
дубина 100-120 цм а висина тј. дубина удубљења 100-110 цм.
Молимо Вас да проверите димензије кадице. Да ли сте сигурни да вам треба кадица димензије које
сте написали?

ОДГОВОРИ:

1. Да, за наручиоца је прихватљиво.
2. Не. Остајемо при захтеву из конкурсне документације. Потребно је доставити копију сертификата за понуђени модел вентилатора/мотора за већ испоручиване ,а приликом испоруке треба доставити оригинал сертификата за мотор/ вентилатор који се уграђује .
3. Не. Овим сертификатом се доказује испуњеност захтева у складу са стандардом EN 14470-1 за модел ормана,а не за сваки појединачни произведен орман.
4. Није дошло до грешке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ