



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 3.4.2017.

БРОЈ: 521

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)

Број јавне набавке 23KM/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Функционалност и доступност апарата за мерење крвног притиска који је предмет ове јавне набавке у оквиру партије бр. 1 је од кључног значаја. Како је постојећа могућност физичког оштећења услед непажње корисника или пацијента важно је да корисник може у најкраћем року да уређај врати у оптимално функционално стање.

Такође, како је одржавање у постгарантном року важан фактор, могућност замене мерног дела уместо целог апарата је економски и технички целисходно. Из тог разлога, молимо Наручиоца да у складу са члановима 70, 71 и 72 измени листу минималних техничких карактеристика тако да истој придода захтев:

"Могућност лаке замене мерног дела (манометра) од стране корисника на лицу места у најкраћем року".

2. Како је велики број медицинског особља леворуко, служење опремом намењеном за десноруке, представља отежавајућу околност за корисника будући да услед специфичности коришћења мерача за притисак то може довести и до непрецизног коришћења сензитивног вентила какав је тражен конкурсном документацијом, па самим тим и непрецизног мерења. Како су данас на тржишту доступни уређаји који се врло лако могу прилагодити и десноруким и леворуким корисницима, молимо Наручиоца да листу минималних техничких карактеристика измени тако да истој придода захтев:

"Могућност пребацивања са уређаја за десноруке на уређај за леворуке једним кораком."

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом за партију бр. 1 - Апарат за мерење крвног притиска са манометром.

2. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ