



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 15.5.2017.

БРОЈ: 714

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници

Број јавне набавке 29KM/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

- 1) Редни број партије: 1, Опис предмета набавке: Електронски дозиметри, Прилог бр. 7: Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници; *Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.*

У табели на стр. 27, Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних техничких карактеристика које мора задовољити понуђено добро, према захтеву корисника под редним бројем: 1. Електронски дозиметри, молим за појашњење следећих техничких карактеристика:

- „Силиконски заштићен од влаге и хемијских агенаса“

У складу са Чланом 10. ЗЈН - Начело конкурентности, Наручилац је дужан да обезбеди у поступку јавне набавке што је могуће већу конкуренцију. Дефинисањем техничких карактеристика у виду „Силиконски заштићен од влаге и хемијских агенаса“ како је наведено у конкурсној документацији на страни 27.,

Наручилац ограничава потенцијале понуђаче. Молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације у погледу техничких карактеристика тако што ће експлицитно навести стандард којим се утврђује усклађеност понуђеног добра са траженим карактеристикама од стране Наручиоца.

- 2) Редни број партије: 1, Опис предмета набавке: Електронски дозиметри, Прилог бр. 7: Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници; *Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.*

У табели на стр. 27, Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних техничких карактеристика које мора задовољити понуђено добро, према захтеву корисника под редним бројем: 1. Електронски дозиметри, молим за појашњење следећих техничких карактеристика:

- „Пуњива батерија“

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђени дозиметар поседује више пуњивих батерија?

У складу са Чланом 10. ЗЈН - Начело конкурентности, Наручилац је дужан да обезбеди у поступку јавне набавке што је могуће већу конкуренцију. Дефинисањем техничких карактеристика у виду „Пуњива батерија“ како је наведено у конкурсној документацији на страни 27., Наручилац ограничава потенцијалне понуђаче обзиром да на тржишту постоје различите варијанте обезбеђивања неометаног рада уређаја.

ОДГОВОР:

1. Чланом 71. ЗЈН дефинисано је да наручилац техничку спецификацију може одредити, између осталог, са позивом на стандарде или у виду карактеристика или функционалних захтева.
Дакле, наручилац је довољно јасно описао техничку спецификацију у конкурсној документацији и сматрамо да нема потребе за позивање на стандард.
Не видимо ништа спорно у карактеристици „**силиконски заштићен од влаге и хемијских агенаса**“.
Неопходно је да дозиметар буде заштићен одговарајућом заштитом у предметном смислу у рутинском раду. Уколико је произвођач опреме нема у основној верзији, као и у додатној опреми (што је мало вероватно), могуће је да понуђач сам обезбеди прикладну кесицу да би испунио тражени захтев.
2. Није прихватљиво да производ има више пуњивих батерија. Начело конкурентности није нарушено, јер већина произвођача има или само једну пуњиву батерију или замењиву батерију. Више пуњивих батерија би повећало комплексност уређаја, па се због тога предложена измена не прихвата.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ