



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.10.2015.

БРОЈ: 1953

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ВИДЕО ГАСТРОСКОПА**

**Број јавне набавке 419K/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници  
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем  
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

**Питање бр. 1**

Дубина видног поља 3-100 mm: Да ли је прихватљиво да дубина видног поља буде од  
4 -100 mm?

**Питање бр. 2**

Спољашњи пречник инсерционе тубе 9,2 mm: Да ли је прихватљиво да пречник инсерционе  
тубе буде 9,0 mm?

**Питање бр. 3**

Радна дужина 1030 mm: Да ли је прихватљиво да радна дужина буде 1050 mm?

**Питање бр. 4**

Савитљивост флексија врха апарата горе/доле 210°/90°, десно/лево 100°/100°: Да ли је  
прихватљиво да савитљивост флексија врха апарата буде горе/доле 210°/120°, десно/лево  
120°/120°?

**ОДГОВОРИ:**

1. Да, за наручиоца је прихватљиво да дубина видног поља буде од 4 -100 mm.
2. Да, за наручиоца је прихватљиво да пречник инсерционе тубе буде 9,0 mm.
3. Да, за наручиоца је прихватљиво да радна дужина буде 1050 mm.
4. Да, за наручиоца је прихватљиво да савитљивост флексија врха апарата буде горе/доле  
210°/120°, десно/лево 120°/120°

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**