



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 21.06.2016.

БРОЈ: 925

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници

Број јавне набавке 41KM/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Димензије уређаја на страни 27/од36 дефинисане су као 90x65x25мм наш дозиметар у свему одговара спецификацији осим по димензијама које нису квадратне форме/облика.
Наш дозиметар има форму погоднију за ношење (форма штапа) са димензијама 140x31x13 мм = укупна површина нашег дозиметра је мања од тражене али је димензија дужине 140мм већа од тражене спецификацијом монго погоднија за постављање у зону и ношење пошто је вишеструко ужа од тражене димензије које су карактеристичне за квадратну форму дозиметра. Молимо Вас да уважите нашу молбу и дозволите димензију до 140 мм што би омогућило да ЈН има више понуђених ЕПД.

ОДГОВОР:

1. Димензије уређаја су у спецификацији ограничене како не бисмо добили уређај неподесан за ношење, с обзиром да треба да се користи током интервентних радиолошких процедура.
Имајући у виду Ваше образложење које сматрамо прихватљивим, изменићемо спецификацију ограничавајући површину уређаја:
Ограничење димензија уређаја: површина мора да буде мања од 60 цм² а дебелина мања од 2,5 цм.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ