



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.10.2015.

БРОЈ: 1756

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. У измени конкурсне документације која је објављена 14.10, на страни 53 КД наручилац је као елемент критеријума навео под тачком 20. Најмања вредност учесталости приликом пулсне флороскопија 5 frejma/sec (али не ниже од тога). Наручилац је у техничкој спецификацији под тачком 6.1. захтевао пулсну флуороскопију учесталости најмање 7.5; 15; 30 пулсева у секунди. Дефинишући захтев да **најмања** вредност учесталости приликом пулсне флуороскопије буде **5 frejma/sec** (али не ниже од тога), наручилац у ствари додељује бодове и понудама које поседује 7.5 fps, а што је иначе минимални технички захтев. Зходно ЗЈН, елемент критеријума за пондерисање не може бити техничка карактеристика која представља минимални технички захтев. Обзиром да је очигледна потреба да наручилац пондерише карактеристику која омогућава додатно смањење дозе, тј. могућност одабира додатне вредности учесталости пулсне флуороскопије од 5 fps или више, а мање од 7.5 fps, предлагемо наручиоцу да изврши измену критеријума тако да гласи:
20. Најмања вредност учесталости приликом пулсне флороскопије 5 или више frejma/sec, али мање од 7.5 fps
Укључено у понуду: 1 пондер
Није укључено у понуду: 0 пондера

ОДГОВОР:

1. Наручилац остаје при захтеваном критеријуму из конкурсне документације која се односи на тачку бр. 20 елемента критеријума.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ