



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.10.2015.

БРОЈ: 1757

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

1. Дана 14. октобра ове године, објављена је нова измењена конкурсна документација у којој је у прилогу број 11, делу који се односи на избор елемената критеријума техничко-технолошке предности извршена измена елемента 17. који сада гласи: „**„Оштрина фокуса који има примену код кардиолошких интервенција (снаге најмање 35 kW) :**

≤0.34мм: 2 пондера

0.50 до 0.35мм: 1 пондера

>0,50 mm: 0 пондера"

Измени описа овог елемента претходно је предлог једног од потенцијалних понуђача, који је навео да ће се предметно добро ангиографска сала искључиво користити за кардиолошке интервенције.

Међутим, сами чланови комисије Наручиоца су неколико пута истакли да се ангиографском салом која се набавља неће радити само кардиолошке интервенције, већ и неуролошке и друге.,

Доказ овоме је и захтевана техничка спецификација, јер је сам Наручилац спецификацијом 6.2. „дигиталана ангиографија" у Техничким карактеристикама управо доказао да ће се предметним добром радити и друге процедуре осим кардиолошких. За извођење тих других процедура познато је да је веома значајно да се користи мали фокус.

Поред овога, Наручилац је прихватањем овог предлога једног по потенцијалних понуђача дао предност том понуђачу и тиме управо поступио противно одредби ЗЈН.

Имајући све ово у виду, молимо да се измени опис овог елемента, односно да се користи првобитно објављен опис, те да гласи:

„Оштрина фокуса:

≤0.34мм: 2 пондера

0.50 до 0.35мм: 1 пондера

>0,50 mm: 0 пондера"

ОДГОВОР:

1. Делимично се усваја захев и наручилац врши измену тачке 17. техничко - технолошких предности тако да гласи:

Оштрина фокуса који има примену код кардиолошких интервенција:

≤0.34мм: 2 пондера

0.50 до 0.35мм: 1 пондер

>0,50 mm: 0 пондера

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ