



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 3.4.2017.

БРОЈ: 522

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)

Број јавне набавке 23KM/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:**1. Питање за партију 3:**

1. Да ли се захтева фиброоптички ларингоскоп?
2. Да ли је потребно испоручити пуњач и пуњиву батерију?
3. Да ли прихватате следеће димензије Мекинтош шпатула:
Величина 2 – 100,2x21мм
Величина 3 – 131,2x23,5мм
Величина 4 - 155x25,2мм?

ОДГОВОРИ:

1. Не, захтева се стандардни Macintosh ларингоскопски сет.
2. У питању је батеријска дршка типа C, не пуњива XL 2,5V.
3. Наручилац остаје при техничким карактеристикама захтеваним конкурсном документацијом за партију бр.3 – Ларингоскопски сет.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ