



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 7.7.2017.

БРОЈ: 947

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ

Број јавне набавке 257K/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.1 стоји:

“Дужина: максимум 220 цм”.

Молимо да прихватите учешће кревета дужине веће од 220 цм. Већа дужина је предност, а не ограничавајућа карактеристика, те нема оправданог разлога да наручилац на овај начин ограничава конкуренцију.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 2:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.2 стоји:

„Подешавање висине кревета без душека 44 цм – 82 цм“

Молимо да прихватите учешће кревета са распоном подешавања висине од 39-77 цм. За болнички кревет је изузетно битно да му минималн висина буде што нижа, док превелика максимална висина болничког кревета представља потенцијални ризик по безбедност пацијента.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 3:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.6 стоји:

“Подизање и спуштање леђног дела 0-75° минимум”

Молимо да прихватите учешће кревета са подизањем и спуштањем леђног дела 0-70°. Разлика у степену подизања леђног дела не утиче битно на функционалност кревета, нити на комфор пацијента и медицинског особља, а омогућила би много већу конкурентност, јер болнички кревети већине реномираних светских произвођача имају подешавање леђног дела у распону од 0-70°.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 4:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.7 стоји:

“Подизање ножног сегмента 0-45° минимум”

Молимо да прихватите учешће кревета са подизањем ножног сегмента 0-45°. Разлика у степену подизања ножног сегмента не утиче битно на функционалност кревета, нити на комфор пацијента и медицинског особља, а омогућила би много већу конкурентност, јер болнички кревети већине реномираних светских произвођача имају подешавање леђног дела у распону од 0-40°.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 5:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.9 стоји:

“Тренделенбург положај: 18° минимум”

Како бисте омогућили већу конкурентност, молимо да прихватите учешће кревета са Тренделенбургом од мин. 15°.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 6:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.10 стоји:

“Анти Тренделенбург положај: -22° минимум”

Како бисте омогућили већу конкурентност, молимо да прихватите учешће кревета са АнтиТренделенбургом од мин. -15°.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 7:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.12 стоји:

“Лежећа површина израђена од челичног лима са отворима за вентилацију”

Молимо да прихватите учешће кревета чија је лежна површина израђена од ХПЛ-а који је пропустљив за РТГ зраке. Мишљења смо да је овакво решење за лежну плочу болничког кревета боље од захтеване карактеристике.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

Питање 8:

На страни 28. конкурсне документације – А./ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА у позицији 1.13 стоји:

“Странице кревета код главе и ногу су од АБС-а са могућношћу лаког и брзог скидања”

Молимо да прихватите учешће кревета са страницама узглавља и узножја од ливеног полипропилена са могућношћу лаког и брзог скидања. Оваква измена захтеване карактеристике не утиче битно на квалитет и функционалност кревета, а омогућава већу конкурентност.

Одговор : Наручилац у свему остаје при захтеваним техничким карактеристикама из конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ