



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.10.2015.

БРОЈ: 1661

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. Наручилац је на страни 13 конкурсне документације предвидео да понуђачи упишу рок испоруке исказан у данима од дана закључења уговора. Обзиром да се набавља ангиографска сала за чију инсталацију мора постојати посебно припремљен простор, нигде у конкурсној документацији наручилац није навео за колико дана је у обавези да спреми простор предвиђен за ангио салу. И сам наручилац је имао лоша искуства при спровођењу претходних уговора за капиталну опрему која је дуго била у кутијама са могућношћу да дође до оштећења или у најгорем случају крађе, што за обе уговорне стране представља ризик. Уколико је наручиоцу потребно 60 или 90 или 120 или више дана од дана закључења уговора да среди простор за ангио салу, мишљења смо да наручилац у конкурсној докуменатцији треба да дефинише да рок испоруке не може бити краћи од нпр. 60 или 90 или 120 или више дана, тј. не може бити краћи од рока који је наручиоцу потребан како би завршио адаптацију простора. Ово све из разлога економичности и ефикасности саме набавке, јер наручиоцу ништа не значи ангио сала испоручена у паковању која може стајати и по неколико месеци док се не среди простор за инсталацију. Чињеница да простор није спреман утиче на гарантни рок који тече од датума инсталације, коју пак није могуће завршити уколико простор није спреман. Сви произвођачи дају гаранти рок који је 12 месеци од инсталације, али не дужи од 15 месеци од дана квантитативног пријема. **Из тог разлога предлагемо наручиоцу да дефинише минимални и максимални рок испоруке у складу са роковима неопходним за адаптацију простора од стране наручиоца и да гарантни рок дефинише најмање 12 месеци од квалитативног пријема, односно најмање 15 месеци од квантитативног пријема, шта пре временски истекне.** Таквим дефинисањем су и наручилац и понуђачи у фер и равноправној позицији као будући уговорни партнери.
2. Да ли се под роком испоруке подразумева рок за квантитативни или квалитативни пријем добара?
3. Наручилац је навео да ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара и достављеној фаktури. Да ли се под термином извршена испорука добара подразумева квантитативни пријем добара?
4. На страни 27 КД у моделу уговора наручилац је под тачкама 13.3 и 13.4 навео одредбе које се примењују за набавку потрошног материјала, а не за једнократну испоруку добара.

Наручилац мора имати обезбеђена средства у тренутку покретања ЈН, те стога молимо наручиоца да изврши исправку модела уговора у тачкама 13.3 и 13.4.

5. На страни 29 КД под тачком 2.5 захтева се заштита испод пацијента стола која је предмет набавке у Партији 2. Молимо наручиоца да изостави поменућу ставку из техничке спецификације за Партију 1.
6. На страни 30 КД под тачком 5.1. наручилац захтева укупну активну површину најмање 195x195 мм, а највише 220x220 мм. Величине детекторске плоче не представља уједно и **активну** површину детектора, те да бисте омогућили учешће произвођачу Сиенс који има активну површину 177x177 мм и осталим водећим произвођачима, молимо Вас да измените захтев тако да гласи:

5.1. Укупна површина најмање 195x195 мм, а највише 220x220 мм или

5.1. Укупна активна површина најмање 177x177 мм, а највише 220x220 мм

7. На страни 30 КД под тачком 6.1. захтевана је између осталог континуална флуороскопија, која се због високих доза не користи приликом интервенних процедура, тако да најмодернији системи ту функцију више не поседују. Такође, захтевана је пулсна флуороскопија, и то тзв. „Грид пулсед“ која представља технолошко решење одређених произвођача, док одређени произвођачи имају другачију технологију, те стим у вези сам појам пулсна флуороскопија је сасвим довољан да понуђачима буде јасно шта треба да понуде. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да измени поменути захтев тако да гласи:

6.1. Флуороскопија

Најмање 1.024 x 1.024 пиксела на 10 бита

Пулсна флуороскопија

најмање 7,5; 15; 30 пулсева у секунди

LIH слика може бити сачувана као референтна слика

Функција „Last Fluoro Loop“ (динамичке флуороскопске секвенце) могу бити сачуване у DICOM формату

Могућност избора најмање 4 нивоа дозе зрачења

8. На страни 31 КД под тачком 9. наручилац захтева радну станицу, која треба да има само могућност архивирања ангиографских налаза на CD/DVD и рачунарску мрежу са радне станице или основне конзоле. Произвођач Siemens захтевану функционалност већ поседује на основној конзоли и то на технолошки начин да је пост процесинг претходних пацијената могуће радити у контролној соби без ометања процедуре која је у току у соби за прегледе (технолошки назив функције је „parallel patient processing“ или екв). Молимо Вас да нам потврдите да ли је понуда одговарајућа уколико основна конзола испуњава захтев под 9.1. и поседује технологију „parallel patient processing“ или екв, тј. уједно је и радна станица, односно понуђач у том случају не мора нудити додатну радну станицу, јер испуњава на технолошки еквивалентан начин потребу наручиоца.
9. На страни 51 КД наручилац је под тачком 2. као елемент критеријума навео аутоматско смањење светла у простору сале активацијом скопије и графије. Одређени произвођачи имају еквивалентно технолошко решење које подразумева искључење и укључење светла у простору сале активацијом посебног тастера на ножној педали, што је и боље решење, јер у пракси није корисна функција смањења светла кад год се притисне скопија или аквизиција. Из тог разлога предлажемо наручиоцу да измени елемент критеријума тако да гласи:

2. Аутоматско смањење светла (искључивање/укључивање светла) у простору сале активацијом скопије и графије или одговарајуће педале на ножној папучици

10. На страни 51 КД наручилац је под тачком 4. као елемент критеријума навео Унапређена визуелизација стента на живој слици „он лине“ и формулу како се бодује. Наведена формула не одговара нити омогућава бодовање захтеване техничко-технолошке предности на адекватан и објективан начин. Наиме, у минималним техничким спецификацијама наручилац је под тачком 7.4. захтевао напредне могућности и то Унапређену визуелизацију стента. То је функција која омогућава да се у специјалном моду аквизиције након 3-5 секунди добије унапређена слика стента, али као статичка слика која служи или за документовање или за одлучивање о даљем току процедуре. Друга врста најмодерније апликације подразумева технологију која омогућава напредну визуелизацију стента у реалном времену (real-time) где доктор упоредо са ливе сликом на левом монитору, има унапређену реал-тима визуелизацију стента на десном монитору и то све време док год држи папучицу за аквизицију, дакле време визуелизације у случају реал тиме визуелизације

стента одређује сам доктор током процедуре, тј. колико дуго држи папучуцу за аквизицију. Према томе, понуђено време визуелизације у том случају не постоји као технички параметар, већ ову функцију уређај поседује или не поседује. Из тог разлога, а ради објективног оцењивања понуђених уређаја, молимо наручиоца да елемент критеријума под редним бројем 4. дефинише на разумљив начин тако да гласи:

4. Унапређена визуелизација стента у реалном времену (real-time) и то on-line (упоредо) са приказом живе слике

Укључено у понуду.....3 пондера

Није укључено у понуду..... 0 пондера

11. На страни 52 КД наручилац је под тачком 10. као елемент критеријума навео распон физичких фокуса RTG цеви и формулу како се бодује. Молим Вас да нам прецизније појасните шта сте конкретно мислили под термином распон физичких фокуса RTG цеви? Да ли је то број фокуса? Уколико је то број фокуса, да ли ти фокуси треба да имају практичну примену код кардиолошких процедура? Опште је позната чињеница да цев са 3 фокуса се не користи код кардиолошких ангио сала, јер микро фокус (најмањи физички фокус цеви) има изузетно малу снагу од 15-19 kW у зависности од произвођача, која нема примену у кардиолошким процедурама, већ искључиво код неурорадиолошких процедура. Обзиром да је предмет набавке ангио сала за кардиологију, број фокуса или физички распон између великог и микро фокуса није у логичкој вези са предметом набавке. Мишљења смо да је за наручиоца битније нпр. колики је понуђени опсег струје RTG цеви у режиму пулсне флуороскопије или сличан технички параметар који је од директног утицаја на квалитет слике. Молимо Вас за детаљно разјашњење предметног критеријума са аспекта техничко-технолошке предности.
12. На страни 52 наручилац под тачком 13. као елемент критеријума бодује ширину стола. Молим Вас да нам појасните да ли мислите на ширину стола или на ширину пацијент плоче и да ли се пондерише (посматра) ширина у кардиопулмонарној регији пацијент плоче?
13. На страни 53 наручилац под тачком 14. као елемент критеријума бодује дужину стола. Молим Вас да нам појасните да ли мислите на дужину стола или на дужину пацијент плоче?
14. На страни 53 КД наручилац је под тачком 17. као елемент критеријума навео оштрину фокуса. Опште је позната чињеница да се микро фокус (фокус највеће оштрине), који се налази на RTG цеви са 3 фокуса, уопште не користи код кардиолошких процедура, јер микро фокус (најмањи физички фокус цеви) има изузетно малу снагу од 15-19 kW у зависности од произвођача, која нема примену у кардиолошким процедурама, већ искључиво код неурорадиолошких процедура. Обзиром да је предмет набавке ангио сала за кардиологију, битно је да наручилац оцењује оштрину фокуса који има примену у кардиологији те је самим тим у логичкој вези са предметом набавке, тј. који је снаге изнад 35 kW у зависно од произвођача и технологије израде фокуса. Из тог разлога, а ради објективног оцењивања понуђених уређаја, молимо наручиоца да елемент критеријума под редним бројем 17. дефинише на начин тако да гласи:

17. Оштрина фокуса који има примену код кардиолошких интервенција (снаге најмање 35 kW)

15. На страни 53 КД наручилац је под тачком 19. као елемент критеријума навео систем непрекидне контроле дозе зрачења на кожи болесника са системом за обавештавање. Молим Вас да нам појасните да ли систем за обавештавање реагује у случају прекорачења пре-сетованих доза за пацијента и да ли обавештење, односно упозорење на прекорачење дозе мора бити звучно и визуелно како би оператер благовремено променио тренутну позицију снимања?
16. На страни 53 КД наручилац је под тачком 20. као елемент критеријума навео пулсну флуороскопију учесталости 5 фрејмова/сец. Претпоставка је да наручилац бодује карактеристику која омогућава додатно смањење дозе, те је стога и пулсна флуороскопија учесталости и мање од 5 фрејмова још кориснија за корисника.

Из тог разлога, а ради објективног оцењивања понуђених уређаја, молимо наручиоца да елемент критеријума под редним бројем 20. дефинише на начин тако да гласи:

20. Пулсна флуороскопија учесталости 5 или мање фрејмова/сец

17. На страни 17 КД у Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75, 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова, у тачки 5. наручилац је као доказ да понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке захтевао само решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом медицинских средстава на велико.

Обзиром да је предмет набавке за Партију 1 ангиографска сала, односно уређај са јонизујућим зрачењем, за његово прометовање је неопходна лиценца за обављање радијационе делатности коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије, па Вас стога молимо да нам потврдите да ли је неопходан следећи обавезан услов за учешће у предметном поступку само за Партију 1:

Лиценца за обављање радијационе делатности у области промета уређаја са јонизујућим зрачењем које издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије?

18. У Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова на страни 18 конкурсне документације, у тачки 6. наручилац је као доказ да је сервисер сертифициван захтевао фотокопије сертификата.

Обзиром да је предмет набавке за Партију 1 уређај са јонизујућим зрачењем и да је по закону неопходно доставити поред сертификата произвођача и Потврду овлашћене установе да је сервисер оспособљен за рад са изворима јонизујућих зрачења и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са чланом 26. Правилника о условима за добијање лиценце за обављање радијационе делатности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011), молимо наручиоца да нам појасни да ли је мислио и на поменути потврду под термином фотокопије сертификата.

19. У Прилогу број 4, Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., 76. и 77. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова на страни 18 конкурсне документације, у тачки 6. наручилац је као доказ захтевао потврду о аутопризованом сервису издату од произвођача опреме.

Произвођач опреме сходно својој пословној политици може овластити своја регионална представништа за издавање потврда и овалашћења, те Вас стога молимо да захтев ускладите са формулацијом коју сте тражили под тачком 8. истог прилога, тј. да формулација гласи:

Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме или Европског представништва произвођача

20. На страни 31 под тачком 5. Наручилац захтева достављање одговарајућег оригиналног проспектног материјала - каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног добра. Обзиром да се произвођачке техничке спецификације (продукт дата или дата схее) не израђују у тврдој штампаној форми као оригинални каталози, већ су најчешће у форми ПДФ документа спремног за колор штампу, да ли је за наручиоца прихватљиво доставити техничке спецификације произвођача одштампане на колор штампачу?

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач достави и оригиналну изјаву произвођача или европског заступника произвођача оверену и потписану, да понуђени модел апарата садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним и расположивим каталозима и/или техничким спецификацијама произвођача?

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је захтевани гарантни рок дефинисао у прилогу бр. 7 конкурсне документације, под „осталим условима“, у тачки бр. 3.
2. Под роком испоруке подразумева се рок за квантитативни пријем добара.
3. Да.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

6. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
7. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
8. Понуда ће бити одговарајућа уколико је основна конзола уједно и радна станица, те понуђач у том случају не мора нудити додатну радну станицу.
9. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
10. Наручилац остаје при елементу критеријума из прилога бр. 11 конкурсне документације, који је дефинисан одлуком о утврђивању критеријума односно начина за доделу уговора о јавној набавци.
11. Наручилац остаје при елементу критеријума из прилога бр. 11 конкурсне документације, који је дефинисан одлуком о утврђивању критеријума односно начина за доделу уговора о јавној набавци.
12. Под ширином стола наручилац подразумева ширину у кардио-полмоналној регији пацијент плоче.
13. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
14. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
15. Систем за обавештавање треба да реагује у случају прекорачења пре-сетованих доза за пацијента. Обавештење треба да буде звучно или визуално.
16. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
17. У конкретном поступку јавне набавке наручила не поставља друге услове мимо оних дефинисаних у прилогу бр. 4, тачка бр. 4 конкурсне документације.
18. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
19. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
20. Прихватљиво је достављање техничких спецификација одштампаних путем колор штампача, такође наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ