



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 10.12.2015.

БРОЈ: 3073

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ВИДЕО ГАСТРОСКОПА**

Број јавне набавке 419K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊЕ:

С обзиром да сте у Вашем појашњењу бр. 2997 од 30.11.2015. навели да понуђени видео
гастроскоп треба да буде компатибилан са процесором и извором светла Olympus,
EVIS, Exera II, CV 80, CLV – 180, молимо Вас да дозволите да се понуди видео
гастроскоп који је компатибилан са поменутом опремом а који поседује следеће
карактеристике:

- Угао видног поља мин. 140°
- Дубина видног поља 3 -100 mm
- Спољашњи пречник инсерционе тубе 9,2 mm
- Спољашњи пречник дуисталног краја 9,2 mm
- Пречник радног канала 2,8 mm
- Радна дужина 1030 mm
- Савитљивост – флексија врха апарата горе/доле 210°/90°, десно/лево 100°/100°

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ