



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 19.10.2015.

БРОЈ: 1737

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ
ЗРАЧЕЊА**

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. Дана 14.10. је наручилац објавио измену конкурсне документације. Наручилац је дана 08.10. доставио одговор на захтев за разјашњење техничке карактеристике под тачком 6.1. тако што ће бити извршена измена конкурсне документације, која је урађена на начин да и даље не обезбеђује свм реномираним произвођачим учешће у поступку. Најпре, појам „**grid pulsed**“ се односи на технологију понуђене RTG цеви, а не на начин рада уређаја односно режима пулсне флуороскопије. Захтевана пулсна флуороскопија, и то тзв. „Грид пулсед“ представља комерцијални назив за технолошко решење одређених произвођача везано за **израду RTG цеви**, те стим у вези сам појам пулсна флуороскопија као захтевани начин рада је сасвим довољан да понуђачима буде јасно шта треба да понуде. На свим досадашњим тендерима Министарства здравља и осталих реномираних здравствених установа податак везан за грид пулсед технологију се никада није користио. Конкретно, произвођач Сиеменс поседује уникатну „флат емиттер“ технологију израде РТГ цеви, па ради подједнаког тремана свих произвођача у покренутој набавци, предлагемо наручиоцу да тачка 6.1. гласи:

6.1. Флуороскопија

Најмање 1.024 x 1.024 пиксела на 10 бита

Пулсна флуороскопија

најмање 7,5; 15; 30 пулсева у секунди

LIN слика може бити сачувана као референтна слика

Функција „Last Fluoro Loop“ (динамичке флуороскопске секвенце) могу бити сачуване у DICOM формату

Могућност избора најмање 4 нивоа дозе зрачења

И да се термин „grid pulsed“ или „flat emitter“ технологија или екв. уколико наручилац има потребу, дода као нова техничка карактеристика за тачку 4. Цев са колиматором.

2. Напомену за техничку карактеристику под редним бројем 5.5. DQE при 0 лп/мм и 1μГу (PQA5) најмање 70% и критеријум за пондерисање под редним бројем 15. Произвођачи поседују технички податак измерен у складу са различитим стандардима при 1 или 2 или 3.2 μГу, тако да то није фиксирана карактеристика при којој је могуће поредити понуде. Физичка величине од 0 лп/мм и избор фантома PQA5 су довољни за поређење понуђеног DQE. На свим досадашњим тендерима Министарства здравља и осталих реномираних здравствених установа податак за DQE се поредио при 0 лп/мм без навођења осталих

непотребних података. Ради обезбеђења објективне провере и поређења понуда, молимо наручиоца да тачку 5.5. и критеријум за пондерисање под редним бројем 15. измени тако да гласи:

5.5. DQE @ 0 LP/mm i RQA5 најмање 70%

15. DQE @ 0 LP/mm i RQA5

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац је дана 14.10.2015. год изменио конкурсну документацију где је измењен део који се односи на континуалну флуороскопију, прихвата се „grid pulsed“, „grid swich“, „flat emitter“ или друга еквививалелентна технологија.
2. Наручилац делимично прихвата предлог те ће извршити измену тачке бр.15 тако да гласи:
„DQE @ 0 LP/mm i (RQA 5)“.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ