



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 319

Датум: 05.03.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Специфични потрошни материјал за потребе Клинике за урологију и Клинике за гинекологију и акушерство број А105/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана **27.02.2020. године**.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје:

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ:

Молим вас за појашњење везано за А105/2020, Специфични потрошни материјал за потребе Клинике за урологију и Клинике за гинекологију и акушерство, партија 1 - Уретерални стент:

Партија 1 - "Уретерални стент, промера СН 4,8,6,7,8 0/С, дужине 28 цм - компоненте сета: 1) ЈЈ сонда, у организму од 3-6 недеља, градуисана, од радиопакног полиуретана - ПУР: 2) Пушер 40-45 цм 3) Жица водилца са флексибилнијим крајем у дужини од 100-150 цм 4) Штипаљка".

Да ли пушер треба да буде simple пушер или steerable пушер? Које дужине треба да буде пушер?

ОДГОВОР:

За партију бр. 1 Уретерални стент, потребан је simple pusher дужине 40 см.

Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ