



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 295

Датум: 02.03.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију број А106/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана **26.02.2020. године**.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје:

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ:

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за ЈН А106/2020- Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију, и то:

- 1) за партију 15- Да ли је за наручиоца прихватљив Невускуларни сет за перкутани приступ захтеваних техничких карактеристика али без хидрофилног премаза?
- 2) за партију 20- Да ли је за наручиоца прихватљив Жичаних водич захтеваних техничких карактеристика али са радиоактивним врхом од 3цм?.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације за партију број 15, док ће за партију број 20 урадити измену конкурсне документације у складу са постављеним питањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ