



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 06.05.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Број јавне набавке: 144А/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији, бр. 144А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.04.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У партији 14 под ставком 1 тражено је: *Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф, са двоструким закључавањем 6 mm x 45 mm, за систем од 5 mm.*
Да ли је прихватљиво да се понуди Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф, са двоструким закључавањем 6 mm x 45 mm, за систем од 5.5 mm?

ОДГОВОР:

1. За партију број 14 – „Сет за репарацију тораколумбалне кичме“; ставка 14/1 – „Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф, са двоструким закључавањем 6 mm x 45 mm, за систем од 5 mm“ наручиоцу је прихватљив „Титанијумски полиаксијални транспедикуларни шраф, са двоструким закључавањем 6 mm x 45 mm, **за систем од 5,5 mm**“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
