



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.04.2017.

БРОЈ:591

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца,
Клинике за кардиологију**

Број јавне набавке 165А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Vezano za javnu nabavku dobara broj JN 165A/2017 – Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju - molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje:

Partija 17 – Da li će se ponuda smatrati odgovarajućom ukoliko ponudimo traženi žičani vodič dužine 260cm, a u svemu ostalom prema specifikaciji naručioca?

ОДГОВОР:

Наручилац ће прихватити жичани водич дужине жице 260cm

Наручилац ће у складу са наведеним, изменити конкурсну документацију.



Комисија за јавну набавку