



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 08.10.2015.

БРОЈ: 1659

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ АНГИОГРАФСКА САЛА И ЗАШТИТНА ОПРЕМА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Број јавне набавке 349K/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје
одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Заштитна опрема од јонизујућег зрачења - ставка 7 - Електронски дозиметар -
Овим путем указујемо Наручиоцу на кршење ЗоЈН јер електронски дозиметар је уређај за мерење
зрачења те као такав никако не представља истоврсно добро јер није заштитна опрема од
јонизујућег зрачења. Наиме, како електронски дозиметри служе за мерење доза зрачења
потенцијални понуђачи који су у прилици понудити заштитну опрему од јонизујућег зрачења су
дискриминисани и искључени - што је грубо кршење чл. 10 ЗЈН - Начело обезбеђивања
конкуренције и чл.12 - Начело једнакости понуђача. Стога, молимо Наручиоца да предметно
добро - електронски дозиметар издвоји као засебну партију и обезбеди конкурентност.
2. Заштитна опрема од јонизујућег зрачења - део Остали услови, услов бр.2 - Понуђач је дужан да
достави копију Решења о стављању у промет за понуђено медицинско средство издато од
АЛИМС-а. Овим путем указујемо Наручиоцу да заштитна опрема од јонизујућег зрачења као и
мерна опрема не постоје регистрована при АЛИМС-у те се Наручилац излаже могућности да
предмет јавне набавке из Партије 2. не набави јер нико од потенцијалних понуђача нема
регистрована добра која су предмет набавке. Стога, предлажемо Наручиоцу да захтев за
достављањем копије Решења АЛИМС-а избаци из услова 2. код Партије 2.
3. Заштитна опрема од јонизујућег зрачења - ставка 6 - Заштитне наочаре -
Молимо Наручиоца да измени техничку карактеристику 6.1.Закривљеног("wrap-around") типа са
заштитом са стране, јер овако дефинисане техничке карактеристике може испунити **само
један** произвођач MAVIG,Немачка чиме Наручилац крши чл. 10 ЗоЈН - Начело обезбеђивања
конкуренције и чл.12 - Начело једнакости понуђача и онемогућава осталим потенцијалним
понуђачима да учествују у поступку набавке. У прилог тога да тражено добро из ставке 6 -
Заштитне наочаре може да понуди само један произвођач достављамо интернет
страницу <http://www.mavig.com/x-ray-protection/eye-protection/br126/> са захтеваном техничком
карактеристиком једног јединог произвођача заштитне опреме који може одговорити захтеву.
Стога молимо Наручиоца да омогући већем броју понуђача да учествује у предметном поступку
дефинисањем ове карактеристике као **6.1. Закривљеног("wrap-around") или равног типа са
заштитом са стране.**

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
3. Према сазнањима наручиоца, произвођач MAVIG – Немачка није једини произвођач чија добра - закривљене наочаре понуђачи могу да понуде. Дакле, постоји више произвођача предметног добра које испуњава захтевану техничку карактеристику из (ставке 6.1 за партију бр. 2 прилога бр. 7) конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ