



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 348

Датум: 11.03.2020.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – **Специфични потрошни материјал за потребе Клинике за урологију и Клинике за гинекологију и акушерство број А105/2020**, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана **27.02.2020. године**.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје:

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде

ПИТАЊЕ:

Молимо тендерску комисију да потврди да за партију бр. 1, Уретерални стент, потребан simple пушер дужине 40-45цм или алтеративно да комисија остане при пређашњој спецификацији, како би се обезбедила конкуренција у складу са ЗЈН.

ОДГОВОР:

За партију 1 – Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. У складу са потребама и опремом Клинике за урологију, simple pusher дужине 40 цм се у пракси показао адекватнијим од осталих.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ