



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 4.8.2020.

БРОЈ: 821

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Број јавне набавке КМ92/2020**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Najljubaznije Vas molimo za pojašnjenje konkursne dokumentacije, КМ92/2020 Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici za potrebe KC Srbije, i to: - u delu Prilog br7., potrebne tehničke karakteristike, navedeno je da je za jednodelne kecelje, dvodelne kecelje, zaštitne naočare okovratnike potreban standard EN 61131-3:2015. Kako se pomenuti standard EN 61131-3:2015 odnosi na programiranje industrijskih sistema za automatizaciju (IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems, Concepts and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Decision-Making Aids), molimo za pojašnjenje o povezanosti navedenog standarda sa opremom za zaštitu od jonizujućeg zračenja.

Takođe, kako se standard EN 61331-3 PROTECTIVE DEVICES AGAINST DIAGNOSTIC MEDICAL X-RADIATION - PART 3: PROTECTIVE CLOTHING, EYEWEAR AND PROTECTIVE PATIENT SHIELDS, (Sredstva za zaštitu od rendgenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici — Deo 3: Zaštitna odeća, naočare i štitnici za pacijente) odnosi na opremu koja je predmet javne nabavke, molimo za informaciju o eventualnoj slovnoj grešci od strane naručioca prilikom sastavljanja dokumentacije.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ