

ДАТУМ: 31.08.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал опште намене
Број јавне набавке: 310A/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене, бр. 310A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 30.07.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Партија 30 – Да ли сет за ЦВК високопроточни дволуменски са улазом за плућни артеријски катетер или привремену сонду за електростимулацију срца треба бити обложен са антимикуробном заштитом и антихепаринским премазом?
2. Партија 31 – Да ли у сету за мерење минутног волумена срца (cardiac output-a) који се састоји од система, шприца и CO In-Line Sensor-a, шприц треба да буде са антиконтаминационом кошуљицом?

ОДГОВОРИ:

1. Партија 30 – Не мора бити обложен, али прихватљив је и обложен.
2. Партија 31 – Не мора да буде са антиконтаминационом кошуљицом, али је прихватљив и са кошуљицом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
