



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.03.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Тромботест – Axis-Shield
Број јавне набавке: 36A/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Тромботест – Axis-Shield бр. 36A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 04.03.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Да ли је потребно да у оригиналном упутству за рад буде недвосмислено назначено да је тест намењен раду на Thrombotrack-у, **са приложеном калибрационом табелом за апарат Thrombotrack?**
2. Да ли је потребно обезбедити сервис апарата Thrombotrack у току трајања уговора и, уколико јесте, да ли је потребно доставити сертификат овлашћеног сервисера, издат од стране произвођача апарата, Axis Shield-а?
3. Да ли је потребно понудити контроле које су прилагођене раду са узорцима капиларне крви (Finger Prick-kontrolе)?
4. Да ли је потребно да реагенс који се нуди, уколико није у питању оригинални Thrombotest реагенс, има исти протокол извођења као Thrombotest (50 микролитара узорка, 250 микролитара реагенса, без претходне дилуције узорка, реагенс спреман за употребу 15 минута након реконституисања)?
5. Да ли је потребно доставити графикон корелације понуђеног теста са оригиналним Thrombotestом?
6. Будући да у раду са оригиналним Thrombotestом као и са сличним тестовима није потребно коришћење посебног пуфера нити дилуента, можете ли појаснити која врста ПТ пуфера и дилуента је захтевана у спецификацији? Конкретно, **ставке 1/2, 1/6** нису неопходне за извођење Thrombotesta. Уколико се тражи "одговарајући", зашто је предвиђено коришћење реагенса који ће додатно повећати трошак извођења, али и продужити време добијања резултата као и време ангажованости лабораторијског особља с обзиром на то да се њиховим коришћењем повећава број корака при реконституцији ПТ реагенса и време инкубације?

ОДГОВОРИ:

1. Није потребно.
2. Услуге сервисирања апарата нису предмет јавне набавке.
3. Потребно је понудити контроле у којима су наведене вредности за ИНР (ПТ).
4. Није потребно.
5. Није наведено у конкурсној документацији, али је пожељно.
6. С обзиром да се ради о отвореном поступку јавне набавке, понуђачи могу понудити производе различитих произвођача, чији састав не мора бити идентичан.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
