



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 20.11.2015. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицинска пластика

Број јавне набавке: 424А/2015

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска пластика, бр. 424А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.11.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Наручилац је у конкурсној документацији за Јавну набавку добара – Медицинска пластика, редни број јавне набавке за текућу годину 424А/2015, а у партији 4– Трахеалне ПВЦ каниле за децу од полиуретана са кафом величине од 3,5 до 6,5, навео тражене величине од 3,5 до 6,5.
Молимо за одговор на следеће питање:
Молим да се наручилац изјасни да ли се број каниле односи на унутрашњи пречник на врху каниле и да ли се величина изражава у милиметрима.?

ОДГОВОР:

1. Број из спецификације односи се на унутрашњи пречник на врху каниле и изражен је у милиметрима - дакле од 3.5 до 6.5 мм.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
