



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 22.12.2014. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РЕНДГЕН МАТЕРИЈАЛ**

Број јавне набавке: 438A/2014

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Рендген материјал бр. 438A/2014, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 28.11.2014. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Партија бр. 4 – Сет са два шприца за Medrad инјектор Stellant
У техничкој спецификацији није дефинисано каква врста конектора у сету се тражи. С обзиром да Упутство за употребу инјектора прописује Т-конектор, да ли је за Наручиоца прихватљиво да у техничку спецификацију дода „... са Т-конектором“?
2. Партија бр. 5 – Линија ниског притиска за Medrad инјектор Spectris Solaris EP
У техничкој спецификацији није дефинисано каква врста конектора у сету се тражи. С обзиром да Упутство за употребу инјектора прописује Т-конектор, да ли је за Наручиоца прихватљиво да у техничку спецификацију дода „... са Т-конектором“?

ОДГОВОР:

1. Наручилац овим путем обавештава све потенцијалне понуђаче у поступку јавне набавке у отвореном поступку бр. 438A/2014 Рендген материјал да ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
