



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 01.12.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Остеосинтетски материјал за ортопедију**

**Број јавне набавке: 444A/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Остеосинтетски материјал за ортопедију, бр. 444A/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.11.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

1. У конкурсној документацији од 20.11.2015. године – остеосинтетски материјал у ортопедији 444A/2015, партија 18 – „Schanz“ клин под бројем 18/1 тражите „Schanz“ клин промера 5/6 мм дужине 120-150 мм.  
Молим Вас да проверите да није у питању техничка грешка па да је „Schanz“ клин промера 6/5 мм дужине 120-150 мм.

**ОДГОВОР:**

1. Потребно је да клин буде дужине 120-150 мм, промер клина 5 мм, а промер навоја 6 мм.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

---