



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 31.12.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицински потрошни материјал опште намене
Број јавне набавке: 484А/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене, бр. 484А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 29.12.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Молмо Вас за појашњење за јавну набавку 484А/2015 Медицински потрошни материјал опште намене, за партију 9 - Хируршке рукавице. Као један од захтева конкурсне документације наведено је:

Паковање које се тражи као узорак на себи мора имати индикатор стерилизације

Како само транспортно паковање - спољашње паковање има индикатор стерилизације на себи, јер у стерилизациону јединицу иде транспортно паковање а не паковање од 50 пари, молимо Вас да се изјасните да ли је потребно доставити као узорак транспортно паковање на коме је индикатор стерилизације или кутију од 50 пари на којој не постоји индикатор стерилизације и молимо Вас да прецизирате величине хируршких рукавица за које је потребно доставити узорке.

.

ОДГОВОР:

1. И диспензер (са 50 или 70 пари) и транспортно паковање (6 диспензера х 50 или 70 пари) и палета (10.000 пари) имају хемијске индикаторе успеха стерилизације. На палетама се уносе у хангаре за стерилизацију. То су налепнице које мењају боју након излагања гама или х зрачењу или етилен оксиду.

Као узорак неопходно је доставити диспензер као најмање паковање које на себи садржи индикатор стерилизације, било које од величина (S, M, L).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
