



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.12.2016.

БРОЈ: 1789

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија

Број јавне набавке 533A/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

У јавној набавци бр. 533A/2016, потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија, ставка 10 тражено је CD3 антитело (клон sp7)

Да ли је прихватљиво да конкуришемо са следећим антителом:

Mo a Hu CD3, F7.2.38, концентровано, 1 ml, произвођач Dako, Danska?

Наведено тело се показало јако добро у дугогодишњој пракси хематопатолога.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при траженој спецификацији. Неће прихватити антитело Mo a Hu CD3, F7.2.38, концентровано, 1 ml, произвођача Dako, Danska.

Комисија за јавну набавку

