



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

БРОЈ:

ДАТУМ: 20.03.2015. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Број јавне набавке: 66А/2015**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија, бр. 66А/2015, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.03.2015. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Да ли је за партију под редним бројем 4 – Предметна стакла брушена – неопходно да буду брушена са обе стране или је довољно да буду брушена само са једне? Такође, да ли можете ближе да дефинишете шта значи 'резаних ивица'? Да ли мислите на засечене ивице под углом од 45° или је у питању нешто друго?
2. Да ли је заиста неопходно да на паковању за партије 4, 5, 6 и 7 стоји СЕ знак? (ово морамо да питамо зато што у Шпанији не раде СЕ сертификате за нешто што се не користи само у хуманој употреби).

ОДГОВОРИ:

1. За партију под бр. 4 – предметна стакла брушена довољно је да буду брушена само са једне стране. Под термином „резане ивице“ се подразумевају обрађене ивице које неће оштетити својом оштрицом прсте лабораната и лекара приликом рада, а сечене су под углом од 90°. **Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити измену конкурсне документације.**
2. За партије 4, 5, 6 и 7 је неопходно да на паковању стоји СЕ знак јер је у питању РН дијагностика искључиво на хуманом материјалу, што је прописано посебном регулативом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
