



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 09.03.2016. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински потрошни материјал опште намене

Број јавне набавке: 82А/2016

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицински потрошни материјал опште намене, бр. 82А/2016, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.03.2016. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

- Молимо вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15) дате додатно појашњење конкурсне документације и уједно указујемо наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсnoj документацији, уз могућност подношења захтева за заштиту права по предметном питању и то:
На страни 3. конкурсне документације и тачки 1.1. Модела уговора – Медицински потрошни материјал опште намене се наводи да је један од сегмената предмета јавне набавке сет за плеуралну пункцију, **игла за пункцију 1,8x80 mm**, тубинг који се закључава, шприц 50 ml, трокрака славина, кеса за секрецију 2 l са конекционим тубингом од 90 cm.
Плеурална пункција је дијагностичка и терапијска метода којом се евакуише страни садржај у плеуралном простору (ваздух, течност- трансудат, ексудат, крв, гној, лимфа). **Плеурална пункција се, осим иглама за пункцију 1,8x80 mm, на ефикасан начин може реализовати иглама за пункцију 1,6x80 mm и/или 2,0x80 mm.** С обзиром да се иглама за пункцију 1,6x80 mm, 1,8x80 mm и 2,0x80 mm може на подједнако ефикасан начин задовољити објективна потреба Наручиоца, а да са друге стране Наручилац захтева да понуђач испоручује искључиво игле за пункцију 1,8x80 mm намеће се недвосмислен закључак о неоправданом ограничењу конкуренције и дискриминсању понуђача који располажу иглама за пункцију 1,6x80 mm и/или 2,0x80 mm. Имајућу то у виду молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне документације по спорном питању, допусти **да понуђач понуди игле за пункцију 1,8x80 mm са толеранцијом +/- 0,2 mm, односно 1,6x80 mm и/или 2,0x80 mm** и на тај начин обезбеди једнакост понуђача у предметном поступку јавне набавке.
- Молимо да нам као заинтересованом лицу у предметном поступку јавне набавке – Медицински потрошни материјал опште намене ЈН бр. 82А/2016, за партију бр. 20 – Rukavice latex, доставите додатне информације о очекиваној грамажи рукавица.

ОДГОВОРИ:

- Наручилац ће дозволити одступања са толеранцијом +/- 0,2 mm за понуђене игле у партији број 35 – „Set za pleuralnu punkciju, **igla za punkciju 1,8x80 mm**, tubing koji se zaključava, špric 50 ml, trokraka slavina, kesa za sekreciju 2 l sa konekcionim tubingom od 90 cm“.
- Наручилац нема никаквих посебних захтева у погледу грамаже понуђених latex рукавица.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ